

检测报告



项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026年3月自行监测(飞灰固化物)

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026年3月16日

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

- 由书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
 6. 本检测报告及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地址：驻马店市开发区开源路6号

邮政编码： 463000




电 话： 0396-2853856

传 真： 0396-2853856

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我公司对泌阳县丰和新能源电力

固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015	原子吸收光谱仪 PinAAcle 900T,20200303,1.2	0.03 mg/L	总铬
固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787-2016		0.9 μg/L	总铅
固体废物 铜和镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015		0.02 mg/L	总铜
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 766-2015	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 1000G	3.8 μg/L	总镍
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 766-2015	202002007	0.3 μg/L	总钒
固体废物 钡的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 766-2015		1.8 μg/L	总钡



7 质控措施

铜、锌、铬、砷、六价铬做密码质控样，质控措施结果见表 4。

表 4 质控措施汇总表

测定项目	质控措施	测定结果	技术指标	结果判定
铜	密码质控样	0.393 mg/L	质控样批号 BW0612 保证值 0.398 ± 0.21 mg/L	合格
锌	密码质控样	0.488 mg/L	质控样批号 BW0613 0.481 ± 0.25 mg/L	合格
铬	密码质控样	1.35 mg/L	质控样批号 ZU1632 保证值 1.32 ± 0.06 mg/L	合格
砷	密码质控样	15.8 μ g/L	质控样批号 L9F4994 保证值 15.9 ± 1.3 μ g/L	合格
六价铬	密码质控样	0.99 μ g/mL	质控样批号 A963175 保证值 1.01 ± 0.06 μ g/mL	合格
铅	密码质控样	3.88 μ g/L	质控样批号 Y910884 保证值 3.99 ± 0.46 μ g/L	合格

8 采样及分析人员

张贺龙、邱壮乾、左清倩、赵梦琰、刘帅虎、孙海雨

编制人: 张贺龙

审核人: 郭 娟

签发人: 郭娟

日期: 2024年 5 月 16 日

河南菏泽检测科技有限公司
(加盖检验检测专用章)

附件：采样照片

